



UMCS

Dział Zamówień Publicznych
Sekcja Aparatury Naukowej

Oznaczenie sprawy: PUB/20-2016/DOP-a

Lublin, dn. 20.05.2016r.

**Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu**

Działając w imieniu Zamawiającego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z siedzibą przy pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 w Lublinie zawiadamiam, że w postępowaniu **na dostawę aparatury kontrolnej i badawczej dla UMCS w Lublinie** do Zamawiającego w dniu 20.05.2016r. wpłynęły pytania od Wykonawców, na które udzielam odpowiedzi zgodnie z poniższym:

Pytanie nr 1: Czy Zamawiający dopuszcza w części 3 - dostawa myjki ultradźwiękowej, następujące parametry: moc ultradźwięków (max/okres: 2 x 300 W, częstotliwość 38kHz, wymiary zewnętrzne 365 x 186 x 264(dł. x szer. x wys.) i waga 5,1 kg, przy spełnieniu pozostałych wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowanie myjki ultradźwiękowej o zaproponowanych parametrach.

Pytanie nr 2: Czy Zamawiający dopuści (w części 3) urządzenie o poniższych parametrach, zachowując wszystkie pozostałe parametry: moc ultradźwiękowa 600W, częstotliwość 37 kHz, wymiary zewnętrzne 356 x 186 x 264 (dł. x szer. x wys.) ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowanie myjki ultradźwiękowej o zaproponowanych parametrach.

PROREKTOR

prof. dr hab. Ryszard Dębicki

Otrzymują:

1. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu;
2. a/a.

SPECJALISTA
ds. Aparatury Naukowej
kierujący Sekcją
Robert Popławski
mgr Robert Popławski

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.umcs.pl
tel: +48 81 537 51 79, fax: +48 81 537 50 43
e-mail: zampubl@umcs.lublin.pl

KIEROWNIK

Dział Zamówień Publicznych UMCS

Ewa Kołodziejczyk-Górska
mgr inż. Ewa Kołodziejczyk-Górska



NIP: 712-010-36-92
REGON: 000001353

Samodzielny Referent
ds. zamówień publicznych
Dorota Walencik
mgr inż. Dorota Walencik